



# Urząd Gminy w Kondratowicach

WI.271.7.2022

Kondratowice, dnia 21.04.2022 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach”*

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji dla zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach”

## **Część II – Dostawa aparatu USG**

- 1. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**  
Zamawiający wymaga dynamiki aparatu min 350 dB, jednak w kolejnym punkcie oczekuje zakresu dynamiki obrazu min. 40-95 dB. Czy w związku z wymaganiami dot. Obrazowania zamawiający dopuści do postępowania aparat USG z dynamiką regulowaną w zakresie 30-256 dB  
  
Odp. 1. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia.
- 2. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**  
Zamawiający nie określił wymaganych częstotliwości zamawianych głowic, czy w związku z tym dopuści aparat USG który na dzień składania oferty umożliwi przyłączenie głowic obrazowych o zakresie częstotliwości 2.0 MHz do 16.0 MHz? Pragniemy podkreślić, że obecnie producenci głowic obrazowych stosują różne technologie i parametr częstotliwości nie jest tożsamy z jakością jakościom uzyskiwanego obrazu diagnostycznego.  
  
Odp. 2. Tak
- 3. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**  
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat USG umożliwiający korekcję kąta w zakresie  $\pm 80^\circ$  ? Pragniemy podkreślić iż najwyższą wartością korygowanego kąta jest  $60^\circ$  powyżej którego uzyskiwane wyniki są nieprawidłowe.  
  
Odp. 3. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie



# Urząd Gminy w Kondratowicach

Przedmiotu zamówienia

**4. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**

**Czy zamawiający dopuści aparat USG nie posiadający funkcji korekcji kąta w obrazach zapisanych na dysku natomiast umożliwiający korekcję kąta w obrazie live i obrazie zatrzymanym?**

Odp. 4. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia

**5. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**

**Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat USG który nie posiada opcji korekty kąta w obrazach zapisanych na dysku ale umożliwiającą korekcję linii bazowej w obrazach trybu dopplera spektralnego zapisanych na dysku?**

Odp. 5. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia

**6. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**

**Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający oczekuje możliwości uzyskiwania obrazów diagnostycznych z wbudowanego akumulatora przez min. 30 min.**

Odp. 6. Tak

**7. Pyt. Dot. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia część II Aparat USG:**

**Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje dostawy aparatu USG objętego 36 miesięczną gwarancją producenta.**

Odp. 7. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia

## **Część I – Dostawa aparatu EKG**

**1. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który mierzy puls, ale nie wyświetla pomiaru saturacji krwi?**

Odp. 1. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia

**2. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który umożliwi wydruk badania na drukarce laserowej, po wcześniejszym przesłaniu badania z urządzenie na komputer?**

Odp. 9. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia

**3. Czy zamawiający bezwzględnie wymaga, aby Aparat EKG posiadał możliwość zapisu wstecznego, czy Aparat pozbawiony tej funkcji również będzie brany pod uwagę?**

Odp. 10. Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia



## Urząd Gminy w Kondratowicach

4. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG bez możliwości przeprowadzenia spirometrycznego badania przesiewowego?

Odp. Tak

5. Czy zamawiający dopuści Aparat EKG z kolorowym ekranem LED 7" i wyposażony w klawiaturę membranową alfanumeryczną oraz klawisze funkcyjne, co zapewni przejrzystą nawigację po ustawieniach aparatu i zwiększy komfort i ergonomię pracy?

Odp. 12. Tak

Na podstawie art. 286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10.<sup>00</sup>**. Otwarcie ofert odbędzie się 27.04.2022 r. godz. 10.<sup>10</sup>

Zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem



**Tomasz Gracz**