



Urząd Gminy w Kondratowicach

Kondratowice, dnia 22.04.2022 r.

WI.271.7.2022

- Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji dla zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach”

Część II – Dostawa aparatu USG

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z wewnętrznym dyskiem twardym HDD o pojemności 1 TB?

Odp.1. Tak

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z częstotliwością odświeżania obrazu 2D 1388 obrazów na sek.? Różnica między wartością oferowaną, a wymaganą jest tak niewielka, że nie wpłynie na jakość diagnostyki. Należy również zauważyć, że ustawienie tego parametru na poziomie wymaganych min. 1 800 obrazów/s nie daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie dostarcza żadnych informacji klinicznych i jest wyłącznie tzw. parametrem przetargowym.

Odp. 2. Tak


3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z korekcją kąta w zakresie $\pm 89^\circ$ na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku? W oferowanym aparacie korekcja kąta jest wystarczająca do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych kalkulacji, na co dzień używa się kąta $\pm 60^\circ$, co więcej korekcja kąta o $\pm 90^\circ$ nie ma żadnego sensu, ponieważ dla kąta 90° zjawisko Dopplera nie zachodzi.

Odp. 3. Tak

Na podstawie art. 286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10.⁰⁰**. Otwarcie ofert odbędzie się 27.04.2022 r. godz. 10.¹⁰

Zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem


Wójt
Tomasz Gracz