



# Urząd Gminy w Kondratowicach

Kondratowice, dnia 28.04.2022 r.

WI.271.7.2022

- **Wszyscy Wykonawcy** -

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach”*

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji dla zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach”

## **Część II – Dostawa aparatu USG**

**Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, w którym liczba obrazów pamięci (cineloop) dla CD i obrazu 2D wynosi 2.200 klatek ? Biorąc pod uwagę praktykę codziennej pracy ultrasonografisty, zaoferowany parametr jest więcej niż wystarczający.**

Odp.1. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 2. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, w którym dysk twardy ma pojemność 756 GB i jest kombinacją dysków SSD o pojemności 256 GB + HDD 500 GB ?**

Odp. 2. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 3. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, w którym dynamika aparatu wynosi 320 dB ?**

Odp. 3. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**pyt. nr 4 Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, który nie podaje parametru ZAKRES DYNAMIKI OBRAZU, ale w którym dynamika aparatu wynosi 320 dB a parametry w wielu pozostałych aspektach przewyższają wymogi specyfikacji?**

Odp. 4. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.



## **Urząd Gminy w Kondratowicach**

**Pytanie nr 5. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, w którym zakres pracy systemu wynosi 1.0 - 20.0 MHz ale zakres częstotliwości emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia ( na dzień składania ofert) mieści się w przedziale 1.0 MHz do 18.0 MHz ? Biorąc pod uwagę zakres pracy głowic które są wymagane, zaoferowany parametr jest więcej niż wystarczający.**

Odp. 5. Tak

**Pytanie nr 6. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, który nie posiada funkcji wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci , ale ma możliwość ukrycia koloru w bramce kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci ? Jest to w zasadzie rozwiązanie równoważne.**

Odp. 6. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 7. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, w którym możliwa jest korekcja kąta w zakresie +/- 88° na żywo, na obrazie zatrzymanym i na obrazie zapisanym w archiwum na dysku ? Odchyłka od wymaganej korekcji kąta wynosi zaledwie +/- 2°. Biorąc pod uwagę zakres korekcji wykorzystywany w codziennej pracy ultrasonografisty, zaoferowany parametr jest wystarczający.**

Odp. 7. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 8. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, który posiada oprogramowanie do biopsji, ale w którym nie jest możliwa rozbudowa o oprogramowanie poprawiające wizualizację igły na dzień składania ofert**

Odp. 8. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 9. Czy zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, który posiada możliwość rozbudowy o baterię zainstalowaną w aparacie, pozwalającą na wprowadzenie systemu w tryb transportowy, a następnie wybudzenie go w czasie do 20 sekund , gdzie czas podtrzymania baterijnego wynosi do 40 minut , ale która nie umożliwi pracy aparatu przez min. 30 min. ?**

Odp. 9. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

**Pytanie nr 10. Czy Zamawiający w celu należytego wykonania i odpowiedniej dbałości o profesjonalną i zgodną z normami producenta obsługę będzie wymagał, aby wykonawca posiadał autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniał autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, co trzeba potwierdzić odpowiednim dokumentem ?**

Odp. 10. Tak



## Urząd Gminy w Kondratowicach

Zapytanie nr 11. Czy Zamawiający w celu należytego wykonania i odpowiedniej dbałości o profesjonalną i zgodną z normami producenta obsługę będzie wymagał, aby aparat w czasie trwania gwarancji był bezpłatnie podłączony do zdalnego serwisu online producenta, poprzez udostępnioną przez zamawiającego sieć internetową? Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami. Zakres świadczonego serwisu to min. zdalna diagnostyka, zdalna re instalacja oprogramowania umożliwiająca przywrócenie sprawności aparatu.

Odp. 11. Nie, zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie nr 12. Czy Zamawiający w celu należytego wykonania i odpowiedniej dbałości o profesjonalną i zgodną z normami producenta obsługę będzie wymagał, aby szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji aparatu przeprowadzone było przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego aparatu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta lub oddział producenta na terenie Polski?

Odp. 12. Tak

Zapytanie 13. Czy Zamawiający w myśl swojego dobrze pojętego interesu będzie wymagał potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach technicznych (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta (oddziału producenta na terenie RP) i/lub zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć parametrów możliwych do uzyskania w zaoferowanej wersji aparatu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ?

Odp. 13. Tak

Zapytanie nr 14. Czy Zamawiający w celu należytego wykonania i odpowiedniej dbałości o profesjonalną i zgodną z normami producenta obsługę będzie wymagał, aby w celu zapewnienia wszystkich standardów bezpieczeństwa i należytego wykonania usług serwisowych i gwarancyjnych, gwarancja musi być świadczona przez wykwalifikowany autoryzowany serwis producenta na terenie Polski i wszystkie czynności serwisowe w tym gwarancyjne muszą być przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego?

Odp. 14. Tak

Dotyczy – SWZ

Zapytanie nr 15. Ze względu na rozbieżne zapisy SWZ, wzoru umowy oraz formularza ofertowego proszę o określenie wymaganego terminu dostawy aparatu USG.

Odp. 15. Termin realizacji przedmiotu umowy – 2 miesiące od dnia podpisania umowy



# Urząd Gminy w Kondratowicach

Dotyczy - wzoru umowy

Zapytanie nr 16. Ze względu na fakt, iż producent oferowanego przez nas urządzenia udostępnia klucze hardware'owe umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej wyłącznie własnym serwisantom, zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu 6 paragrafu 1 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 6 § 1 ze wzoru umowy.

Zapytanie nr 17. Zwracamy się z prośbą o umiarkowanie kar umownych, o których mowa w paragrafie 7, ustęp 1 b) oraz c) wzoru umowy do powszechnie stosowanego przez większość Zamawiających poziomu 0,1-0,2%. Alternatywnie prosimy o rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę aparatu zastępczego na czas przedłużającej się dostawy/naprawy.

Odp. 17. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w §8 ust.1 projektu umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
  - b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
  - c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

Na podstawie art. 286 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 04.05.2022 r. do godz. 10.<sup>00</sup>**. Otwarcie ofert odbędzie się 04.05.2022 r. godz. 10.<sup>10</sup>

Zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

  
Wójt  
Tomasz Gracz